

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2021-207	REFERENCIA PS/CV/NM/5061
PRODUCTO Jeringas para tuberculina hipodérmicas estériles de un solo uso.	
FABRICANTE International Company for Medical Necesities, 3 rd , Industrial Zone Block N. 19&67, Abu-Tig, Assiut, Egipto.	
ASUNTO <p>Se ha detectado la falsificación de un certificado de marcado CE con numero 2020-MDD/QS-107 emitido por el Organismo Notificado 3EC International a.s (2265), fecha de emisión 12 de agosto de 2020 y fecha de caducidad 26 de mayo de 2024, en cuyo anexo (números 84 a 89) se han incluido jeringas para tuberculina que no han sido certificadas por dicho Organismo Notificado.</p> <p>El Organismo Notificado 3EC International a.s (2265) ha invalidado el certificado 2020-MDD/QS-107 y lo ha reemplazado por una nueva versión, número de certificado 2020-MDD/QS-107/A, emitido el 24 de septiembre de 2020 al fabricante International Company for Medical Necesities, Egipto, para los productos jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso, cuyo alcance incluye: jeringas hipodérmicas, jeringas de seguridad y jeringas de insulina, y que no incluye jeringas para tuberculina, tal y como aparece en el anexo del certificado falsificado.</p> <p>Lo que se comunica a efectos de control de mercado.</p>	
INFORMACIÓN ADICIONAL <p>Datos del certificado CE falsificado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: 3EC International a.s (2265).• Número de certificado: 2020-MDD/QS-107• Fabricante: International Company for Medical Necesities.• Producto: Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso (jeringas hipodérmicas, jeringas de seguridad y jeringas de insulina) y en su anexo número 84 a 89 jeringas para tuberculina.• Fecha de emisión: 12 agosto 2020• Fecha de caducidad: 26 de mayo 2024	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS , referencia PS, 12/2021• Certificado de marcado CE falsificado.	

